

UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES NOS ANALISADORES HEMATOLÓGICOS

A utilização dos analisadores de hematologia EB5600 e EB7600 requer a leitura obrigatória dos cartões específicos fornecidos juntamente com os produtos destinados a esses equipamentos.

- Código: 21910 - Ebraton - EBR5
- Código: 23920 - Ebralyse - A - EBR5
- Código: 23930 - Ebralyse - B - EBR5
- Código: 23940 - Ebralyse - C - EBR5

Dessa maneira, ressaltamos a importância da conferência e utilização dos cartões de forma correta.



Distribuidor,



- **Checar no RECEBIMENTO se todas as embalagens estão com os cartões**

É fundamental assegurar que os reagentes estejam devidamente acompanhados dos cartões específicos.

Caso receba o produto sem cartão, comunicar imediatamente o SAC para receber a reposição.

- **Checar no ENVIO se todas as embalagens estão com os cartões**

Ao enviar esses produtos aos clientes, solicitamos a gentileza de realizar a conferência para garantir que cada frasco ou caixa contenha o cartão correspondente.

